Медицинский стеклянный жидкостный термометр

Geratherm Medical AG

RUS

Geratherm® classic

Made in Germany

CE 0197

ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ



ДАННЫЕ

Пределы измерения:	35,5 °C - 42,0 °C
Деления:	0,1°C
Точность измерения	+0,1°C / -0,15°C
Условия эксплуатации:	температура: -15 °C до 42 °C (Измерение температуры возможно в том случае, если она превышает температуру воздуха!)
Условия хранения:	температура: -15 °C до 42 °C
Способ применения:	Медицинский жидкостный термометр для определения температуры тела.
Характеристика:	Аналоговый термометр, наполненный галинстаном, с задерживающим приспособлением
Гарантия качества:	Производство и проверка термометра осуществляется с соблюдением • нормы ЕС 93/42/ЕЭС о медицинской продукции • нормы EN 12470-1 – Медицинские термометры, часть 1: стеклянные термометры, наполненные металлической жидкостью с задерживающим приспособлением. Geratherm® сертифицирован согласно Норме 93/42/ЕЭС и EN

ISO 13485, а также обладает разрешением носить знак CE 0197 (компетентный орган - TÜV Rheinland LGA Products GmbH). Регистрационное удостоверение ФС № 2006/476. Сертификат об утверждении типа средств измерений DE.C.39.136.A №. 44696. Декларация о соответствии.

ГАЛИНСТАН – НОВАЯ НЕТОКСИЧНАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - ЭКОЛОГИЧНЫЙ

Термометр, не содержащий ртути, Geratherm classic, был разработан компанией Geratherm Medical AG и содержит запатентованный жидкий металл, состоящий из галлия, индия и олова, под названием галинстан. Галинстан - абсолютно безвреден и экологически чист.

⚠ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не ронять термометр и не подвергать его ударам.
2. Не сгибать и не грызть кончик термометра.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. Термометры с дефектной трубкой использовать запрещено (возможны повреждения).
5. УКАЗАНИЕ: Детям разрешено пользоваться термометром только под присмотром взрослых.
6. Измерительная жидкость галинстан не должна соприкасаться с драгоценными и легкими металлами, поскольку может произойти реакция
7. Во избежание повреждений пользуйтесь, пожалуйста, термометром с особой осторожностью.
8. Пользование термометром не заменяет консультацию врача. При длительной высокой температуре, особенно у детей, необходимо профессиональное лечение.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед измерением температуры необходимо убедиться в том, что столбик термометра находится на отметке 36 °C или ниже.
2. Чистите термометр до и после применения. Обратите, пожалуйста, внимание на «Указания по уходу за прибором» ниже.
3. Расположите термометр на теле согласно способу измерения (оральному, ректальному, аксиллярному).
4. Через 4 минуты термометр примет температуру тела. Жидкость в капилляре показывает измеренную температуру на шкале. Поворачивая термометр вправо-влево можно снять более точные показания.
5. После измерения температуры необходимо, чтобы столбик термометра снова опустился до 36 °C или ниже. Для этого необходимо взять термометр за верх и потрясти кистью 15-20 раз или стряхнуть резкими движениями руки сверху вниз.

⚠ **УКАЗАНИЕ:** До и после использования термометра необходимо его дезинфицировать. В клинике дезинфекцию должен проводить медицинский персонал.

ДОПУСТИМЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОРАЛЬНЫЙ - Время измерения: мин. 4 минуты, нормальная температура: около 37 °C
Измерение оральным способом предпочитают врачи. Этим способом термометр быстро показывает точную температуру. Резервуар (наполнитель) помещается слева или справа от корня языка за щеку.

РЕКТАЛЬНЫЙ - Время измерения: мин. 4 минуты, нормальная температура: около 37,6 °C
Этим способом обычно измеряют температуру у детей. При этом резервуар (наполнитель) термометра, смазанный перед этим небольшим количеством крема или косметического масла для детей, вставляют в анус (на 2 см). Вы можете воспользоваться полиэтиленовым чехлом для термометра. Вставьте термометр в этот чехол. Смажьте чехол водорастворимым гелем для более удобного пользования. Не пользуйтесь вазелином. Не вводите термометр в анус глубже, чем на 2 см .

⚠ ПРЕКРАТИТЕ измерение, если чувствуете какое-либо сопротивление.

АКСИЛЛЯРНЫЙ - Время измерения: мин. 4 минуты, нормальная температура: около 36,7 °C
Этот способ не показывает точных результатов, как оральный или ректальный.
Протрите подмышки сухим полотенцем. Поместите термометр под руку и прижмите его плотно к телу.

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

Стеклянная трубка термометра герметична, гигиенична и может быть дезинфицирована неограниченное количество раз.

⚠ Температура чистящей и дезинфекционной жидкости не должна превышать 42 °C.
Чистка термометра до и после использования может производиться холодным мыльным раствором. Продезинфицируйте термометр ватным тампоном или салфеткой, смоченной алкоголем, или опустите его в дезинфекционный раствор (по МУ 287-113, время действия указано производителем раствора). Если термометр разбился, Вы можете собрать вытекшую жидкость кисточкой, салфеткой или тряпкой, смоченной мыльным раствором. Утилизация - через обычный мусоропровод.

ГАРАНТИЯ

На данный термометр распространяется неограниченная гарантия производителя при нормальном использовании (за исключением разбития стекла). Из гарантии исключаются случаи использования термометра не по назначению. **Периодических поверок на точность не требуется!**

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Ознакомиться с руководством по эксплуатации	-15 °C / +42 °C	Пределы температуры: хранить от -15 °C до +42 °C
	Внимание		Хранить в сухом месте
LOT	Номер партии (мм/гггг; месяц/год) нанесен лазером на обратной стороне стеклянной трубки без символа LOT		Хрупкий, обращаться аккуратно
	Производитель	N	количество

Производитель: Geratherm Medical AG • Fahrenheitstrasse 1 • D-98716 Geschwenda • GERMANY

Представитель фирмы-изготовителя:
ООО «ГЕРАМЕД», тел. (495) 759 71 68, e-mail: geramed@rambler.ru

Гарантийный талон
Дата продажи

_____ _____ _____
число месяц год

Печать фирмы – продавца **Метрологический контроль**

Прибор на основании результатов первичной поверки признан годным к применению. Оттиск поверительного клейма:

Дата поверки: